

令和3年8月12日（木） 16時00分現在

報道関係者 各位

担当課	新型コロナウイルス 感染症特別対策室
担当者名	淵、江口
電話番号	直通（報道対応用） 0956-25-9743

新型コロナウイルス感染症 PCR 検査結果の取り違えについて

標記の件について、7月30日に佐世保市保健所において実施した PCR 検査の結果を取り違え、誤った結果をお伝えしていた事が判明いたしました。

具体的には、濃厚接触者として検査をした2名について、陽性となった方1名を陰性、陰性となった方1名を陽性として対応しておりました。

今回、検査結果の取り違えにより、ご本人様はもとより、関係する皆様に変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心からお詫びを申し上げます。

あわせて、市民の皆様に対しましても、このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、このようなことを起こさないように、再発防止等を徹底してまいります。

※なお、本件に伴い本市810例目は欠番となりますので、あわせてお知らせいたします。

（経緯）

7月29日 検体採取

7月30日 佐世保市保健所にて PCR 検査

検査対象者リストへの検査結果転記ミスにより、取り違えた結果を報告

8月10日 変異株スクリーニング検査時のチェックで取り違え判明

8月10日～ 取り違えの両名及び関係者に対して謝罪と説明、改めて疫学調査を実施

（原因）

検査対象者リストへの転記ミスと確認漏れ

（再発防止対策）

検査対象者リストのチェックを徹底するとともに、更に検査結果の読み合わせによる最終チェックを加えることで、チェック体制の強化を図る。

チェックシートを作成し、チェックした職員のサインを行うこと等で確認漏れを防ぐ。